

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(他施設依頼分)

他施設からの依頼により測定した結果をお知らせします。(平成26年度測定分)

番号	測定日	測定試料 (食材名)	産地	給食施設名 (測定依頼施設等名)	食材使用予定日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
						セシウム134	セシウム137	合計	
1	H26.7.7	白菜	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.7.4	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
2	H26.7.7	キャベツ	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.7.4	不検出(<10.2)	不検出(<9.0)	不検出(<19.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
3	H26.7.8	玉ねぎ	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.7.4	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
4	H26.7.8	紫大根	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.7.4	不検出(<7.0)	不検出(<6.1)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
5	H26.7.30	じゃがいも	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.7.24	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
6	H26.8.28	かぼちゃ	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.9.1	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
7	H26.9.16	ネギ	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.9.16	不検出(<10.1)	不検出(<9.0)	不検出(<19.1)	岩手県立釜石高等学校
8	H26.9.16	ジャガイモ	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.9.16	不検出(<9.7)	不検出(<8.5)	不検出(<18.2)	岩手県立釜石高等学校
9	H26.9.17	ネギ	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.9.17	不検出(<10.9)	不検出(<9.7)	不検出(<20.6)	岩手県立釜石高等学校
10	H26.9.17	ジャガイモ	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.9.17	不検出(<9.2)	不検出(<7.5)	不検出(<16.7)	岩手県立釜石高等学校
11	H26.10.16	さつまいも	矢巾町	くるみ幼稚園	H26.10.14	不検出(<9.3)	不検出(<7.5)	不検出(<16.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
12	H26.10.17	ダイコン	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.10.17	不検出(<14.4)	不検出(<12.6)	不検出(<27.0)	岩手県立釜石高等学校
13	H26.10.17	ダイコン	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.10.17	不検出(<11.9)	不検出(<10.4)	不検出(<22.3)	岩手県立釜石高等学校
14	H26.10.20	ハクサイ	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.10.20	不検出(<9.7)	不検出(<8.5)	不検出(<18.2)	岩手県立釜石高等学校
15	H26.10.20	ハクサイ	釜石市	釜石市学校給食センター	H26.10.20	不検出(<9.9)	不検出(<11.9)	不検出(<21.8)	岩手県立釜石高等学校

◇測定機器 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ (型名等 RAD IQ FS300)

◇測定時間 1200秒(20分)

○測定結果の数値の意味

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。
「(<数値)」は、放射性物質の量を示すものではなく、測定下限値(検出できる最小値)を意味します。

○測定下限値とは

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。
また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と表記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。
さらに、同じ機器で測定しても、測定原理上検体ごとに測定下限値は異なります。