

物品購入依頼票 ( 1-12 )

M-346

カタログ等の添付をしています。  
閲覧場所で確認してください。

経理 2	年度 06	会計 01	出納 15	所管課 0501	所属 7500	内訳所属 7517	二戸農改セン
款 06	項 01	目 03	短縮 F059	節 17	細節 0	現越 0	経費 05 購入票番号 506-00060380

[Redacted]		予算内示済
希望納期	令和 7年 3月 31日 (月)	
納入場所	二戸農改セン	
品名 (規格・品質)	数量	単位
1 電気伝導率計 ECメーター CM-42X	1	式
2		
3		
4		
5		

摘要

【注意】

本案件に係る予算案が県議会2月定例会において否決された場合は、購入を取消させていただきます。  
なお、可決された場合の正式発注は3月上旬となります。  
納入期限までに納入可能な場合に限り、見積書の提出をお願いいたします。



## 電気伝導率計 仕様書

### 1 納入する機器及び数量

- (1) 機器 電気伝導率計 (ECメーター)
- (2) 数量 1台
- (3) 参考機種 メーカー名：東亜ディーケーケー (株)  
品番：CM-42X 電気伝導率セル (CT-58101B) 添付セット

### 2 仕様

- (1) 測定機本体に加え、測定に必要な以下のものが付属すること  
電気伝導率セル (測定範囲：100 $\mu$ S/m $\sim$ 10S/m)、ポリビーカー、ACアダプタ、電源コード、アース線、電極ホルダ、電極スタンド、電極アタッチメント、傾斜スタンド、取扱説明書
- (2) 電気伝導率、電気抵抗率、塩分、濃度、TDS (全溶存固形物量)、温度が測定できる事。測定機本体は参考機種と同等の表示範囲が可能であること。また電気伝導率セルについては参考機種 (CT-58101B) と同等の範囲で測定が可能なこと。
- (3) 測定機本体は平置き (縦置き、横置き) のほか、壁掛けが可能であること
- (4) パソコン等と接続するためのUSBを備えていること

3 納品場所 二戸農業改良普及センター

4 納期 令和7年3月31日

### 5 その他

- (1) 同等品可。ただし、仕様を満たすことに加え、電気伝導率セル等、メンテナンスに必要な交換部品が安定的に入手可能であること。
- (2) 契約金額には、上記1及び4に関する金額を全て含むものであること。
- (3) 納入後1年以内の製造元及び納入元に起因する故障は、無償で行うこと。

M-346