

仕様書

1 調達物品

岩手県立病院 血液保冷庫、薬用冷蔵ショーケース及びバイオメディカルフリーザー

2 納入先、品名及び数量

納入先	品名	数量
岩手県立胆沢病院 (奥州市水沢字龍ヶ馬場 61 番地)	血液保冷庫	4 台
	薬用冷蔵ショーケース A (554L～585L 程度)	1 台
岩手県立千厩病院 (一関市千厩字草井沢 32 番地 1)	薬用冷蔵ショーケース A (554L～585L 程度)	2 台
	薬用冷蔵ショーケース C (165L 程度)	3 台
	バイオメディカルフリーザー	2 台
岩手県立久慈病院 (久慈市旭町第 10 地割 1 番)	薬用冷蔵ショーケース B (554L～585L 程度)	1 台

3 納入期限

令和 7 年 3 月 31 日

4 能力・機能

調達物品は下記能力・機能を満たすものとする。

品名 (納入先)	能力・機能
血液保冷庫 (岩手県立胆沢病院)	<p>(1) 外形寸法が W400mm～500mm×D450mm～548mm×H1430mm～1515mm 程度であること。</p> <p>(2) 内容量が 79～121L 程度であること。</p> <p>(3) 電源は単相 100V 50Hz/60Hz であること。</p> <p>(4) 排水の蒸発機能を有すること。</p> <p>(5) 庫内温度異常時、停電時及び電源が外れた際の警報機能を有すること。</p> <p>※PHC 株式会社製 MBR-107T4-PJ フクシマガリレイ株式会社製 FMB-121G のいずれかを想定</p>
薬用冷蔵ショーケース A (554L～585L 程度) (岩手県立胆沢病院及び 岩手県立千厩病院)	<p>(1) 外形寸法が W900mm×D650mm～700mm×H1824mm～1917mm 程度であること。</p> <p>(2) 内容量が 554L～585L 程度であること。</p> <p>(3) 電源は単相 100V 50Hz/60Hz であること。</p> <p>(4) 庫内温度異常時、停電時及び電源が外れた際の警報機能を有すること。</p> <p>※PHC 株式会社製 MPR-S500H-PJ フクシマガリレイ株式会社製 FMS-500GH のいずれかを想定</p>

品名（納入先）	能力・機能
薬用冷蔵ショーケース B （554L～585L 程度） （岩手県立久慈病院）	（1）外形寸法が W900mm×D650mm～700mm×H1824mm～1917mm 程度であること。 （2）内容量が 554L～585L 程度であること。 （3）電源は単相 100V 50Hz/60Hz であること。 （4）庫内温度異常時、停電時及び電源が外れた際の警報機能を有すること。 （5）引き出しラックを 5 段有すること。  ※PHC 株式会社製 MPR-S500RH-PJ フクシマガリレイ株式会社製 FMS-500GH-SR のいずれかを想定
薬用冷蔵ショーケース C （165L 程度） （岩手県立千厩病院）	（1）外形寸法が W800mm×D500mm×H1120mm 程度であること。 （2）内容量が 165L 程度であること。 （3）電源は単層 100V 50Hz/60Hz であること。 （4）庫内温度異常時、停電時及び電源が外れた際の警報機能を有すること。  ※PHC 株式会社製 MPR-S150H-PJ を想定
バイオメディカルフリーザー （岩手県立千厩病院）	（1）外形寸法が W500mm～616mm×D729mm～770mm×H1795mm～1802mm 程度であること。 （2）内容量が 300L～369L 程度であること。 （3）電源は単層 100V 50Hz/60Hz であること。 （4）庫内温度異常時、停電時及び電源が外れた際の警報機能を有すること。  ※PHC 株式会社製 MDF-MU339H-PJ フクシマガリレイ株式会社製 FMF-301F のいずれかを想定

上記能力・機能と同等以上の品による入札も可とする。

## 5 その他

- （1）入札金額は梱包運送費、搬入据付費等、搬入に伴う一切の費用を含むものとする。
- （2）入札参加業者は岩手県内に本店・支店・営業所または修理拠点があり、機器故障時に速やかな対応が可能であること。
- （3）機器納入後は必要に応じて職員に対し取扱説明を行うこと。
- （4）入札参加は納入先の現地確認を行い、納入機器の設置可否について確認のうえ参加すること。