

# 自動体外式除細動器（AED）仕様書

## 1 件名

令和6年度自動体外式除細動器（AED）購入

## 2 数量

自動体外式除細動器（AED）本体 10台

## 3 納入場所

別紙のとおり

## 4 機器仕様

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、医療機器として承認を受けていること。
- (2) 日本組成協会（JRC）ガイドライン2020に準拠した製品であること。
- (3) IP55以上の防塵・防水機能を有していること。
- (4) 使用の際、日本語の音声ガイダンスによって、自動体外式除細動器（AED）の使用を誘導できる機能を備え、音声が届き取りにくい場所でも使用できること。
- (5) 出力方法は、二相性波形で通電できること。
- (6) 自動体外式除細動器（AED）本体の耐用年数が8年以上であること。
- (7) 新品であること。

## 5 参考製品

| メーカー    | 型式                     |
|---------|------------------------|
| 株式会社ヤガミ | 自動体外式除細動器サマリタン PAD350P |

## 6 納入期限

令和7年3月28日

## 7 その他

- (1) 同等品は可とするが、同等品とする場合は商品カタログおよび仕様書等を提出し、認否を仰ぐものとする。
- (2) 保証期間は、製造元が公表する期間とし、保証書を添付すること。
- (3) 調達物品の不具合については、保証期間中は無償修理に対応すること。
- (4) 納入に当たっての運搬、搬入、収納バックへの保管、検査取扱説明については、全て受注者の負担とし、入札金額に含めること。

(別紙)

8 納入先

|    | 納入先                | 住所                        | 電話番号         | 納期           |
|----|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 宮古地域振興センター 総務課     | 〒027-0072 宮古市五月町1-20      | 0193-64-2211 | 令和7年3月28日(金) |
| 2  | 奥州地区合同庁舎 経営企画部総務課  | 〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2     | 0197-22-2811 | 令和7年3月28日(金) |
| 3  | 遠野土木センター 管理チーム     | 〒028-0525 遠野市六日町1-22      | 0198-62-9938 | 令和7年3月28日(金) |
| 4  | 北上土木センター 管理課       | 〒024-8520 北上市芳町2-8        | 0197-65-2738 | 令和7年3月28日(金) |
| 5  | 千厩土木センター 管理チーム     | 〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方85-2 | 0191-52-4971 | 令和7年3月28日(金) |
| 6  | 大船渡地区合同庁舎 経営企画部総務課 | 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1   | 0192-27-9931 | 令和7年3月28日(金) |
| 7  | 盛岡地区合同庁舎 経営企画部総務課  | 〒020-0023 盛岡市内丸11-1       | 019-629-6507 | 令和7年3月28日(金) |
| 8  | 釜石地区合同庁舎 経営企画部総務課  | 〒026-0043 釜石市新町6-50       | 0193-25-2717 | 令和7年3月28日(金) |
| 9  | 二戸地区合同庁舎 総務課       | 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3    | 0194-53-4981 | 令和7年3月28日(金) |
| 10 | 盛岡地区合同庁舎 総務事務センター  | 〒020-0023 盛岡市内丸11-1       | 019-629-5075 | 令和7年3月28日(金) |