

岩手県中央家畜保健衛生所 CO2 インキュベーター購入仕様書

機種	CO2 インキュベーター
数量	1 式
納入場所	岩手県中央家畜保健衛生所 2階 ウイルス検査室
納入期限	令和7年12月26日
基本性能 (仕様)	容量：180リットル以上
	外形寸法：800(W)×800(D)×1000(H)以内
	内形寸法：制限なし（ただし、容量180リットル以上を満たすこと）
	重量：100kg以内
	庫内材質：ステンレス
	温度制御方式：ダイレクトヒート方式
	温度制御範囲：室温+5～50℃
	温度表示精度：0.1℃
	CO <sub>2</sub> 濃度制御方式：IRセンサー
	CO <sub>2</sub> 濃度制御範囲：0%～20%
	CO <sub>2</sub> 濃度表示精度：0.1%
	庫内清浄度維持機能：HEPAフィルター（又は同等の機能を有すること）
その他	専用架台を用意し、架台の上に本機を設置すること （地震等による落下防止対策を講じること）
	納品時に搬入、備付、設定を行うこと （納品場所は2階であるが、当所にはエレベーターはない）
	旧機の搬出（庁舎外までの搬出作業）を行うこと
	故障・修理に迅速に対応できるよう当所の近隣地域に事業所又は代理店があること
	納入後1年間は、通常使用の不具合に際し、無償修理が可能であること
参考機種	サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）製 フォーマ ダイレクトヒートCO <sub>2</sub> インキュベーター モデル320GP